

**Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie**

Odpowiedzi dotyczące przetargu na Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno-położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie znak sprawy 6/2009.

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie leża noworodka o wymiarach 65x65 lub 75x65

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza leża noworodka o wymiarach 65x65, dopuszcza jedynie wymiary 75x65.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści regulację położenia leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga w zakresie +/- 10 °.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści oświetlenie żarówkowe o mocy 20W.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie stanowiska posiadające alarmy w języku angielskim, z tłumaczeniem polskim odpornym na oddziaływanie czynników zewnętrznych, załączonych na stałe do kolumny.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie koloru inkubatora w kolorze neutralnym, niepowodującym przekłamań kolorytu dziecka, stosowanego powszechnie na całym świecie wyprodukowanym i przebadanym przez wytwórcę urządzenia.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza kolor inkubatora w kolorze neutralnym.