

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.11.2010

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/2010/PCM. Nazwa zadania: **Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie**

Pytanie nr 1

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający w ww. poz. miał na myśli jm. op a' 50 par? Czy nastąpiła pomyłka i jm. są pary w ww. poz.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający pomyłkowo wpisał jm w pakiecie 5 poz.3. Właściwa jednostka to pary. (50 par).

Pytanie nr 2

Pakiet 11 poz. 3

Czy w ww. poz. nie nastąpiła pomyłka? Papier do defibrylatora Zoll występuje w rozmiarze 90mmx90mmx200 kartek.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza papier do defibrylatora Zoll występuje w rozmiarze 90mmx90mmx200 kartek.

Pytanie nr 3

Pakiet 11 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110x20m ze względu na skrócenia papieru Mitsubishi.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza papier w rozmiarze 110x20m

Pytanie nr 4

Umowa § 3 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wysłużenie terminu dostaw do 3 dni.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wydłuża termin dostawy do maksymalnie 48 godzin.