

Przyszowice, 16.02.2023.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie  
Ul. Warszawska 104  
98-400 Wieruszów

### **PYTANIA DO PRZETARGU**

*„Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku dla  
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w  
Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów”*

**SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

**Pakiet nr 1, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający dopuści dren z 6-cioma wtopionymi paskami wzmacniającymi?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wkładką, która jest kodowana kolorystycznie?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarach 000-6 o dł. 40-120mm?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 7A, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 88mm?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 7A, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze ok. 7mm i dł. ok. 270mm?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 7A, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0mm / 25,5cm?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer w rozmiarze Ch21, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Do treści zapytania ofertowego :** Czy zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem