

Białystok, 20.02.2023

Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów

Dotyczy: dostawy : Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku

Nr sprawy: **sprzęt i materiały jednorazowego użytku**

Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na poniższe pytania:

Pakiet nr 1 poz. 1,2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny produkt:

- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał: delikatny medyczny PVC
- Nie zawiera lateksu, ftalanów i BPA (bisfenolu A)
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem
- Elastyczna taśma mocująca na głowie
- Błyszka dopasowująca do nosa
- Otwory boczne ułatwiające wydech
- Dobrze przylegająca do twarzy
- Czysta mikrobiologicznie
- Produkt jednorazowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 3,4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny produkt:

- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał PVC
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
- Taśma mocująca na głowie
- Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml)
- Dysza Venturiego
- Błyszka dopasowująca do nosa
- Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)
- Produkt czysty mikrobiologicznie
- Produkt jednorazowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 5,6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny produkt:

- Zestaw do wysokiej koncentracji tlenu

- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał: elastyczny medyczny PVC
- z zaworem zwrotnym
- Dren tlenowy (gwiazdkowy, antyzagięciowy) 2,0 m ze standardowymi złączami
- Taśma mocująca na głowie
- Błazka dopasowująca do nosa o poj. 1000ml
- Rezerwuar tlenowy(worek)
- Koncentracja tlenu O₂ do 100%
- Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i PHT), BPA (bisfenolu A)
- Produkt czysty mikrobiologicznie
- Produkt jednorazowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Proszę o dopuszczenie możliwości sporządzenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania pytań na adres: przetargi@biameditek.pl

Z poważaniem

Radosław Sokołowski
Specjalista Produktów Medycznych
Tel. +48 793 096 002
rsokolowski@biameditek.pl