

Zabrze, dnia 21 lutego 2023r.

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum medycznego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów.

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i odpowiedź na następujące pytania:

Rozdział IV sposób i termin przygotowania oferty

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, poprzez przesłanie na wskazany przez Zamawiającego adres email.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ofertę można złożyć tylko na wybrane pakiety w ramach części.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość złożenia oferty na wybrane pakiety .

Część -Sterylizacja

Pak. 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy z fałdą 100mmx50mmx10m?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy z fałdą 300mmx80mmx100?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 1, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy z fałdą 250mmx65mmx100m?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 1, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną torebkę foliowo-papierową 90x230mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 1, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną torebkę foliowo-papierową 140x250mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 1, poz. 8-9 – Czy Zamawiający dopuści wycenę torebek w opakowaniu a'200szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści arkusz testowy Bowie-Dick objęty stawką vat 23%?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Część Sprzęt jednorazowy

Pak. 2, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak.3, poz. 2-3 – Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania i rozpuszczania leków bez otworu bocznego?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści igły długościęte?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komora kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych komorą kroplową o długości 60cm, z igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo wykonaną z ABS?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, leków światłoczułych z komora kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych komorą kroplową o długości 60cm z igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo wykonaną z ABS?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 12 – Ze względu na różną stawkę Vat zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osobno wyceny przyrządów i worków, zaznaczając, że będą one dostarczane razem w opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 13-16 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające mleczny kontrastujący tłok z czarną skalą pomiarową z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 4, poz. 13-16 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie skali nominalnej?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 4, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 100ml Janette z wyraźną jednostronną skalą pomiarową?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 19-20- Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 4, poz. 21 Czy Zamawiający dopuści worek do osłony na stawce 23% vat?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 6, poz. 1-6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kaniuli z nazwą producenta bezpośrednio na kaniuli i dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź : Zamawiający nie odstąpi

Pak. 6, poz. 1-6 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z 6 paskami kontrastującymi w RTG?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 6, poz. 1-6 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną 20G 1,1x32mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak. 7, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pak. 7, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci w kolorze białym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pak. 7, poz. 8-9 – Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pak.7, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pak.7, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści wycenę pokrywek do kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pak.7A, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8 - 23G

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak.7A, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania z filtrem bakteryjnym o wyższej skuteczności 0,1µm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak.7A, poz. 18-19 – Czy Zamawiający dopuści prowadnice zgodnie z poniższymi wymiarami:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak.10, poz. 7 –Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 0,7, o kształcie okrągłym?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pak.11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 43x45, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pak.11, poz. 8-8 Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier Mitsubishi objęty 23% stawką VAT?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 17g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 13, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

Prześcieradło 150 x 210 cm, poszwa na kołdrę 160 x 210 cm, poszewka na poduszkę 70 x 80 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Część - materiały opatrunkowe

Pakiet 1, poz. 1 – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odpowiedź : Tak

Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 0,5m2?

Odpowiedź : Tak

Pakiet 1, poz. 3 – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odpowiedź : Tak

Pakiet 1, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,35-0,38g?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,27-1,31g?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,75-0,77g?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 7-9 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,80-1,95g?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,49-0,52g?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,02-1,05g?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 14-16 – Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 26-28 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 26-28 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak z wypustkami?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1A, pozycja 2-3 - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne pakowane a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1A, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, pozycja 6-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 2, pozycja 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca do łączenia brzegów ran pakowanych a'3 sztuki na listku?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 5A, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stół instrumentalny o wymiarach warstwy chłonnej 65 x 190 cm, serweta wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 5A, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo dołączoną osobno? Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 5A, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, czerwona

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m².

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek składanego na płasko (nie harmonijka)?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem wewnętrznym?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawami wszytymi prosto, zapewniającymi swobodę ruchów?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L odpowiadającym rozmiarowi uniwersalnemu?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu operacyjnego o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści koszule wiązaną z rozcięciem z tyłu pleców?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6A, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N? Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6A, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej? Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o szerokości 50 cm?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Część 2 materiały szewne

Część 2, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Część 2, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Część 2, pozycja 2-7– Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 3/8 koła odwrotnie tnących?

Odpowiedź : Zgodnie ze SWZ

Część 3 rękawice

Pakiet 1, pozycja 1- Czy Zamawiający rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,14mm+/-0,01, na mankietach 0,11mm+/-0,01, o zawartości protein ≤66µg/g?

Odpowiedź : Zgodnie ze SWZ

Pakiet 1A, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1A, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z europejską normą EN 455 jako normą równoważną do norm amerykańskich ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160?

Odpowiedź : Zgodnie ze SWZ

Pakiet 1A, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 11 substancji chemicznych w tym min. 7 na 6 poziomie ochrony?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1A, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające odporność na leki cytostatyczne min. 12 leków?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1A, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1A, pozycja 1- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą ASTM D7161?

Odpowiedź : Zamawiający nie odstąpi

Pakiet 1D, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź : Zgodnie ze SWZ

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem
Katarzyna Duk