

Pisz, 17.02.2023 r.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów”

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1 dotyczy Zapytania ofertowego

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury.

Pytanie 2 dotyczy Zapytania ofertowego

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością



rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3 dotyczy Zapytania ofertowego

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyklucza

Pytanie 4 Zapytania ofertowego oraz Załącznika projektu postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zawartego w zaproszeniu ofertowym punkt 4 oraz w załączniku projektu postanowienia umowy § 2 tj. „Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów pochodzenia Chińskiego” z uwagi na fakt, iż jest to niezgodne z prawem. Zgodnie z Art. 16. Ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Preferowanie produktów pochodzenia innego niż chińskie stanowi naruszenie powyższego zapisu. Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych zostały zakazane.

Odpowiedź : Zamawiający nie odstąpi .

Pytanie 5 Pakiet 1 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem standardowe, dren posiada wtopione 6 pasków w rozm. L i XL dla dorosłych?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza



Pytanie 6 Pakiet 1 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem standardowe, dren posiada wtopione 6 pasków w rozm. S i M dla dzieci?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 Pakiet 1 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z nebulizatorem standardowe, dren posiada wtopione 6 pasków w rozm. L i XL dla dorosłych?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 Pakiet 1 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z nebulizatorem standardowe, dren posiada wtopione 6 pasków w rozm. S i M dla dzieci?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 Pakiet 1 pozycja 5, 6

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z workiem, dren posiada wtopione 6 pasków w rozm. L i XL dla dorosłych, S i M dla dzieci?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10 Pakiet 2 pozycja 1, 2, 3, 4

Czy zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 11 Pakiet 2 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley CH 12 bez prowadnicy?



Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 12 Pakiet 2 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley balon 30-50ml?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 13 Pakiet 2 pozycja 3, 4

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley CH8 i CH10 balon 3-5 ml?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14 Pakiet 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną silikonowaną?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 15 Pakiet 4 pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „igły aby pochodziły od jednego producenta”?

Odpowiedź : Zamawiający odstąpi

Pytanie 16 Pakiet 4 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści tylko igły długościęte?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17 Pakiet 4 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści igły długo ścięte i igły krótko ścięte dwóch różnych producentów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza



Pytanie 18 Pakiet 4 pozycja 7, 8

Czy zamawiający dopuści przedłużacze do pomp dren o średnicy wew. 1,24 mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 19 Pakiet 4 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi komora kroplowa wykonana z medycznego PCV?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 20 Pakiet 4 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21 Pakiet 4 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21 Pakiet 4 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy zamawiający dopuści strzykawki w kontrastującym kolorze białym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22 Pakiet 4 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną 2/2,5ml, 5/6ml, 10/12ml, 20/24ml?

Odpowiedź : Zgodnie ze SWZ



Pytanie 23 Pakiet 4 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy zamawiający dopuści strzykawki z logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24 Pakiet 4 pozycja 17

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 100 ml z pojedynczą skalą ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 25 Pakiet 4 pozycja 18

Czy zamawiający dopuści strzykawki TBC 0,45x12mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 26 Pakiet 4 pozycja 19, 20

Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp z pojedynczą skalą pomiarową ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 27 Pakiet 7A pozycja 18

Czy zamawiający dopuści prowadnicę 6F rurka od 2,5 do 3,5 mm, długość prowadnicy 304mm +/- 2mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 28 Pakiet 7A pozycja 19



Czy zamawiający dopuści prowadnicę 10 F rurka od 4,0 do 5,0 mm, , długość prowadnicy 388mm
+/- 2mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 29 Pakiet 9 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer CH21?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

